



DAEWOO INTERNATIONAL JAPAN CORP.

18F. AKASAKA TWIN TOWER MAIN TOWER
17-22,AKASAKA,2-CHOME,MINATO-KU TOKYO JAPAN
TEL : 03-3224-7177 FAX : 03-3224-7170

「CU - ER1」回収完了のお知らせ

2010年7月12日

〒107-0052

東京都 港区 赤坂 2 - 17 - 22

赤坂ツインタワー本館18階

大宇ジャパン株式会社

初夏の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。弊社ホームページにお越しくださいませ、ありがとうございます。

平成22年3月24日より自主回収させて頂きました AED(型番:パラメディック CU-ER1)は、おかげさまをもちまして、平成22年5月25日をもちまして、**自主回収を完了**いたしました。

設置者様に混乱を起こさせ、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

このたび、回収になりましたCU - ER1の設置様には、組合せて使用できるシーユームメディカル社製電極パッドを入れて、随時お手元にご返却いたします。

今後弊社は、フィリップス製電極パッドと CU-ER1 との組合せ販売はしないと共にフィリップス製電極パッドの販売も一切いたしません。

また絶対にフィリップス製電極パッドを、CU-ER1 と組合わせてご使用にならないで下さい。

今後とも AED 製品の品質向上に全力を尽くしますので、よろしくお願い申し上げます。
AED 設置者様の益々のご発展と、ご健康とご多幸を祈念いたします。

最後に、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン様をはじめ、同社製品の販売店様、ご使用のユーザー様にも多大な混乱とご迷惑をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。



DAEWOO
DAEWOO INTERNATIONAL JAPAN CORP
<http://japan.daewoo.com>